

Lublin, 28.08.2023 r.

Komunikat nr 2

W związku z wszczętym przez SYNTHAVERSE S.A. zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2023-14275-168285) dotyczącym zakupu, dostawy, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych przenośnych liczników cząstek – 2 sztuki, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21, dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 2 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Dot. pkt 9.1 SWU Czy zamawiający dopuści licznik nieposiadający certyfikatu czystości mikrobiologicznej na zgodność z normą EN 12469?	Tak, Zamawiający dopuści licznik nieposiadający certyfikatu czystości mikrobiologicznej.

Niniejszy Komunikat stanowi wyłącznie uszczegółowienie dotychczasowych zapisów zapytania ofertowego.

Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie.

Z poważaniem,
Zespół Zamawiającego