

Lublin, 27.09.2023 r.

Komunikat nr 1

W związku z wszczętym przez SYNTHAVERSE S.A. zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2023-14275-173918) dotyczącym zakupu i dostawy nowej myjni ultradźwiękowej – 1 sztuka, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21, dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 1 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	Czy Zamawiający wymaga, aby myjka była wyrobem medycznym zgodnym z MDR?	Nie
2	Proszę o podanie średnicy kulek oraz maksymalnych wymiarów czyszczonych przedmiotów.	Kulki o średnicy 4mm, igły o długości 15 cm.
3	Czy Zamawiający wymaga doboru chemii?	Nie
4	Czy Zamawiający wymaga, by wyczyszczone przedmioty były zarazem zdezynfekowane?	Nie

Niniejszy Komunikat stanowi wyłącznie uszczegółowienie dotychczasowych zapisów zapytania ofertowego.

Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie.

Z poważaniem,  
Zespół Zamawiającego