

Lublin, 27.09.2023 r.

Komunikat nr 1

W związku z wszczętym przez SYNTHAVERSE S.A. zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2023-14275-171352) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych chłodziarek – 2 sztuki,, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21, dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 1 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	pkt. 5.1. Czy minimalna poj. 200 l dotyczy pojemności całkowitej czy użytkowej?	Minimalna pojemność dotyczy pojemności użytkowej
2	pkt. 5.3. Czy Zamawiający dopuszcza zakres pracy chłodziarek od 0°C do 15°C ?	Tak
3	pkt. 5.7. Czy wewnątrz chłodziarek ma być ze stali nierdzewnej 0H17 zg. z DIN 1.4016 czy 0H18 zg. z DIN 1.4301?	Tylko 0H18
4	pkt. 5.8. W standardzie drzwi chłodziarek otwierają się na prawo (zawiasy po prawej stronie patrząc od przodu), na życzenie można zmienić kierunek otwierania drzwi na lewo, przy czym taka informacja powinna być na zamówieniu, bo zmianę kierunku otwierania drzwi wykonuje się na etapie produkcji. Czy Zamawiający zgadza się z takim rozwiązaniem?	Tak
5	pkt. 6.1. Czy Zamawiający dopuszcza certyfikat ISO 9001?	Tak
6	pkt. 6.2. Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta o tym, urządzenia są wykorzystywane w strefie czystości pomieszczenia klasy „A/B” i producent nie odnotował uwag od użytkowników dotyczących emisji cząstek negatywnie wpływających na warunki w pomieszczeniu ?	Tak
7	pkt. 6.4. Czy Zamawiający dopuszcza rejestrację danych w formie plk. w postaci nieedytowalnej oraz	Tak



	dopuszcza urządzenie z hasłem zabezpieczającym przed nieupoważnionym dostępem do programów, a tym samym zmiany ich parametrów ?	
8	pkt. 9.6. Czy Zamawiający dopuszcza rejestrację danych w formacie plk. w postaci nieedytowalnej oraz dopuszcza urządzenie z hasłem zabezpieczającym przed nieupoważnionym dostępem do programów, a tym samym zmiany ich parametrów ?	Tak

Niniejszy Komunikat stanowi wyłącznie uszczegółowienie dotychczasowych zapisów zapytania ofertowego.

Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie.

Z poważaniem,
Zespół Zamawiającego