

Lublin, 02.10.2023 r.

Komunikat nr 1

W związku z wszczętym przez SYNTHAVERSE S.A. zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2023-14275-171661) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowej suszarki do szkła – 1 sztuka, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21, dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 1 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	SWU pkt. 5.2. Czy Zamawiający dopuszcza zakres temperatury pracy suszarki od 5 st.C powyżej temperatury otoczenia do +300 st.C?	Tak
2	SWU pkt. 5.7. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie blokady drzwi zaraz po włączeniu programu suszenia?	Dotyczy punktu 5.8 – Dopuszczamy taką blokadę
3	SWU pkt. 6.1. Czy Zamawiający dopuszcza certyfikat zarządzaia jakością ISO 9001?	Tak
4	SWU pkt. 6.3. Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta o tym, urządzenia są wykorzystywane w strefie czystości pomieszczenia klasy „A/B” i producent nie odnotował uwag od użytkowników dotyczących emisji cząstek negatywnie wpływających na warunki w pomieszczeniu ?	Prawdopodobnie chodzi o punkt 6.2 - jeżeli tak, to dopuszczamy takie oświadczenie
5	SWU pkt. 6.5. Czy Zamawiający dopuszcza rejestrację danych w formacie plk. w postaci nieedytowalnej oraz dopuszcza urządzenie z hasłem zabezpieczającym przed nieupoważnionym dostępem do programów, a tym samym zmiany ich parametrów ?	Prawdopodobnie chodzi o punkt 6.4 - jeżeli tak, to dopuszczany taką opcję



6	SWU pkt. 9.6. Czy Zamawiający dopuszcza rejestrację danych w formacie plk. w postaci nieedytowalnej oraz dopuszcza urządzenie z hasłem zabezpieczającym przed nieupoważnionym dostępem do programów, a tym samym zmiany ich parametrów ?	Dopuszczany taką opcję.
---	---	-------------------------

Niniejszy Komunikat stanowi wyłącznie uszczegółowienie dotychczasowych zapisów zapytania ofertowego.

Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie.

Z poważaniem,
Zespół Zamawiającego