

Lublin, 18.10.2023 r.

Komunikat nr 2

W związku z wszczętym przez SYNTHAVERSE S.A. zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2023-14275-173918) dotyczącym zakupu i dostawy nowej myjni ultradźwiękowej – 1 sztuka, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21, dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 2 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
1	Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury grzania wody od 25 oC zamiast od 10? Temperatura otoczenia/ pokojowa jest zbliżona do 25 stopni, stąd wynikają założenia producenta myjek, że ok. 25 stopni to "minimalna/ wyjściowa" temperatura wody. (dot. 5.10. Zakres temperatury grzania wody od 10 oC do 70 oC lub większy).	Tak
2	Proszę określić ilość kulek (4 mm) we wsadzie podczas czyszczenia w myjce ultradźwiękowej.	Maksymalny załadunek to 2,5 kg kulek.
3	Czy Zamawiający dopuści oświadczenie Dostawcy w zakresie materiału, z którego wykonano poniższe elementy myjki, jeśli nie dysponuje certyfikatami/ atestami? (dot. Dostawca musi dostarczyć certyfikaty/atesty na materiały z których wykonano wnętrze wanny, kosz i nakrywę).	Tak
4	Proszę o usunięcie poniższych wymagań, gdyż DTR (w tym wymogi odnośnie kalibracji, schematy m.in. pneumatyczne, AKP itd.) nie dotyczy myjki ultradźwiękowej.	Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie podpunktów 9.2.5 oraz 9.2.6. Specyfikacja Wymagań Użytkownika zostanie zaaktualizowana.
29	9.2. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa i instrukcja obsługi w języku polskim powinna zawierać:	
30	9.2.1. Dokładny opis funkcjonalny urządzenia z przeznaczeniem jego podzespołów w specyficzny sposób odnoszący się do SWU,	
31	9.2.2. Rysunek urządzenia / schematy z wyspecyfikowaniem podzespołów	
32	9.2.3. Instrukcję obsługi zawierającą: sposób użytkowania, czyszczenia, sprawdzania, kalibracji, instrukcję remontów i konserwacji,	
33	9.2.4. Schematy elektryczne, mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne i inne.	
34	9.2.5. Karty katalogowe producentów głównych podzespołów.	
35	9.2.6. Wykaz głównych handlowych części zamiennych (specyfikacja części, nr katalogowe, adresy dostawców itp.).	
36	9.2.7. Listę oprzyrządowania AKP, w tym dostawca, typ, limity, okresy kalibracji i link do indywidualnych kart katalogowych	
5	Mi.in. ze względu na tajemnice handlowe producenta proszę usunąć wymóg przedstawienia wykazu części zamiennych z uwzględnieniem adresu dostawców (nr 35) oraz kart katalogowych producentów (nr 34).	Zamawiający wyraża zgodę. SWU zostanie zaaktualizowane.

Niniejszy Komunikat stanowi wyłącznie uszczegółowienie dotychczasowych zapisów zapytania ofertowego.

Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie.



Z poważaniem,
Zespół Zamawiającego