

Lublin, 07.07.2023r.

Komunikat nr 1

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2023-14275-161559) dotyczącym zakupu i dostawy nowych wag laboratoryjnych – 4 sztuki, który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, **niniejszym publikujemy pytania i odpowiedzi dotyczące przedmiotu zamówienia.**

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
1	Czy Zamawiający dopuszcza szalkę ze stali nierdzewnej kwadratową o wymiarze 128x128 mm?	Zamawiający dopuszcza szalkę ze stali nierdzewnej kwadratową o wymiarze 128x128 mm.
2	Czy Zamawiający dopuszcza stół wagowy o wymiarach: 1000×650×815 mm?	Zamawiający nie dopuszcza stołów wagowych o wymiarach: 1000×650×815 mm. Wymagane wymiary określone w Specyfikacji.
3	Czy określone w specyfikacji wymiary stołu wagowego dotyczą całego obszaru roboczego czy obszaru zapewniającego eliminację drgań podłoża?	Wymiary określone w Specyfikacji dotyczą całkowitych wymiarów zewnętrznych stołów.

Niniejszy Komunikat stanowi wyłącznie uszczegółowienie dotychczasowych zapisów zapytania ofertowego.

Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie.

Z poważaniem,
Zespół Zamawiającego